



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες : Συμεωνίδης Δημήτριος
Τηλέφωνο : 2311 226 253
e-mail : prom3@3ype.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/09/2024
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 43744

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Οδοντιατρικών Συσκευών CPV 33130000-0 για την κάλυψη των αναγκών των φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας»

Ο Διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 8, περ. 5 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α'/2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3527/2007.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 3(γ) του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α'/2007).
3. Τον Ν.4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α'/2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/Α'/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιημένος ισχύει.
5. Τον Ν.4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α'/2017) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Την υπ' αριθμ. 15604/22.03.2024 (ΑΔΑ 61ΤΟΟΡΕΠ-95Σ) Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ο Πίνακας Προγραμματισμού Προμηθειών έτους 2024.
7. Την από 14.05.2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας για την προμήθεια Ηλεκτροκαρδιογράφων CPV-33123230-9, Οδοντιατρικών Συσκευών CPV-33130000-0, Ιατρικών Εξοπλισμών CPV-33141620-2 και Απινιδωτών CPV-33182100-0 για την κάλυψη των αναγκών των φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.
8. Την υπ. αριθμ. 802/04.01.2024 (ΑΔΑ: Ψ6Ζ7ΟΡΕΠ-ΘΣΜ) Απόφαση του Διοικητή της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας με την οποία ορίστηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

9. Το από 23.08.2024 πρακτικό της επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ηλεκτροκαρδιογράφων CPV-33123230-9, Οδοντιατρικών Συσκευών CPV-33130000-0, Ιατρικών Εξοπλισμών CPV-33141620-2 και Απινιδωτών CPV-33182100-0 για την κάλυψη των αναγκών των φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.
10. Την εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των Φορέων αρμοδιότητας της 3^{ης} ΥΠΕ Μακεδονίας.
11. Την από 11.09.2024 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την έγκριση του από 23.08.2024 πρακτικού της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Οδοντιατρικών Συσκευών CPV 33130000-0 για την κάλυψη των αναγκών των φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Ο Διοικητής της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας

Δημήτριος Γ. Τσαλικάκης

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Τελικές Τεχνικές Προδιαγραφές

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Σ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Σ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1	Συσκευή φωτοπολυμερισμού	3	322,58 €	400,00 €	967,74 €	1.200,00 €

Συσκευή φωτοπολυμερισμού

- Ασύρματη συσκευή φωτοπολυμερισμού ρητίνης, αποτελούμενη από Συσκευή φωτοπολυμερισμού ρητίνης και Βάση φόρτισης
- 5W LED
- Μέγιστη ένταση φωτός τουλάχιστον 1500mW/cm²
- Εργονομική σχεδίαση, εύχρηστη λειτουργία
- Αθόρυβη λειτουργία
- Ένδειξη χαμηλής λειτουργίας της μπαταρίας
- Να διαθέτει 3 επιλογές απόδοσης της έντασης του φωτός: μέγιστη, σταδιακά αυξανόμενη (Ramp), παλμική.
- Τάση παροχής λειτουργίας 100V-240V
- Υψηλής χωρητικότητας μπαταρία λιθίου
- Μπαταρία: 2000mA/h
- Μήκος κύματος: 420-480nm
- Υψηλή ένταση φωτός: $\geq 1000\text{mW/cm}^2$.
- Εύρος φάσματος: 420-480nm
- Βάθος σταθεροποίησης: 5s/3mm
- Επιλογή σταθεροποίησης: 4 χρόνοι εργασίας σταθεροποίησης: 5s, 10s, 30s, 40s
- Επαγγελματικό φως σκλήρυνσης
- Αναμονή μπαταρίας: 90 ημέρες
- Να αναφερθεί το βάρος (gr).
- Επιπλέον χαρακτηριστικά να αναφερθούν.
- Μια πλήρως φορτισμένη συσκευή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περισσότερες από 200 φορές συνεχώς, σε χρόνο εργασίας 10 δευτερολέπτων.
- Εγγύηση -1 έτος