

1. Τουρνικέ SAM XT Extremity Tourniquet ιμάντας ισχαιμικής περίδεσης

- Να διαθέτει πόρπη μονής διαδρομής, η οποία μειώνει ακόμη περισσότερο την απώλεια αίματος, απαιτεί λιγότερες περιστροφές του πύρου.
- Ο πύρος να έχει όσο το δυνατό μεγαλύτερη διάμετρο, να είναι από ανθεκτικό υλικό και αντιολισθητική ιδιότητα ως προς την επαφή βοηθώντας έτσι στην τοποθέτηση.
- Να διαθέτει γάντζο ασφάλισης πύρου ώστε ο χρήστης μπορεί να βάλει τον πύρο, στον γάντζο, είτε τον γυρίσει δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα.
- Ενισχυμένος ιμάντας πύρου οποιουδήποτε χρώματος με κλείσιμο Velcro, ο οποίος προσφέρει μια πρόσθετη ασφάλιση στον πύρο έτσι ώστε να παραμείνει στη θέση του. Να φέρει την αναγραφή «Time» ή « Χρόνο/ώρα» επάνω του έτσι ώστε ο διασώστης να αναγράψει την ώρα τοποθέτησης του τουρνικέ στον τραυματία.
- Πλάκα σταθεροποίησης, η λοξότμητη σχεδίαση της πλάκας συμβάλλει στη μείωση του τραυματισμού του δέρματος κάτω από το τουρνικέ.
- Εσωτερικός Ιμάντας με ταινία Velcro κατά μήκος του έτσι ώστε να προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη σταθερότητα κατά την εφαρμογή του ενώ ένας δεύτερος, εσωτερικός ιμάντας (ελεύθερης κίνησης) κατανέμει ισόποσα την περιφερειακή πίεση.

2. Κολλάρο ακινητοποίησης αυχένα ενηλίκων με ρυθμιζόμενο ύψος Ambu Perfit

- Να διαθέτει τουλάχιστον 4-16 ρυθμίσεις ύψους ειδικά σχεδιασμένες για ενήλικες, που καλύπτουν κάθε τύπο σώματος όπως κοντό, κανονικό ή ψηλό λαιμό.
- Να παρέχει πλήρη ακινητοποίηση του αυχένα, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική αποκατάσταση ή υποστήριξη σε περιπτώσεις τραυματισμών .
- Να είναι ακτινοδιαπερατό και συμβατό με μαγνητικό ή αξονικό τομογράφο
- Να διαθέτει αεριζόμενο, οπίσθιο κέλυφος για αποστράγγιση υγρών.
- Χωρίς λάτεξ

3. Κολλάρο ακινητοποίησης αυχένα παιδών ή μικρόσωμων ενηλίκων με ρυθμιζόμενο ύψος Ambu Perfit

- Να διαθέτει τουλάχιστον 4-12 ρυθμίσεις ύψους ειδικά σχεδιασμένες για παιδιατρικούς ασθενείς ή μικρόσωμους ενήλικες.
- Να παρέχει πλήρη ακινητοποίηση του αυχένα, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική αποκατάσταση ή υποστήριξη σε περιπτώσεις τραυματισμών .
- Να είναι ακτινοδιαπερατό και συμβατό με μαγνητικό ή αξονικό τομογράφο
- Να διαθέτει αεριζόμενο, οπίσθιο κέλυφος για αποστράγγιση υγρών.
- Χωρίς λάτεξ