

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΕΜΒΡΥΙΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ

1. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 0,9'' στην οποία να εμφανίζεται η κατάσταση της μπαταρίας και οι εμβρυικοί παλμοί και επιπλέον να ενημερώνει οπτικά τον χρήστη εάν δεν έχει συνδεθεί η κεφαλή(probe)
2. Να διαθέτει εύρος ανίχνευσης παλμών μεταξύ 50-240 και ακρίβεια $\pm 2bpm$.
3. Η κεφαλή να είναι αδιάβροχη (water proof) IPX8 και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην επίτοκο από τις πρώτες εβδομάδες κύησης. Να παραδοθεί με κεφαλή 2 MHz και κεφαλή 3 MHz
4. Η ένταση του ήχου των παλμών να είναι ρυθμιζόμενη και να παράγεται από ενσωματωμένο ηχείο αλλά και από ακουστικά.
5. Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής να γίνεται από διακόπτη, όπως επίσης, να απενεργοποιείται και αυτόματα μετά από 1 λεπτό σε περίπτωση που δεν υπάρχει σήμα, και όταν τοποθετείται η κεφαλή στην βάση στήριξης του.
6. Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου για 16 ώρες τουλάχιστον. Να μπορεί να φορτιστεί πάνω σε επιτραπέζια βάση αλλά και απ' ευθείας με φορτιστή τα οποία να παραδοθούν
7. Να είναι φορητή βάρους (να αναφερθεί - συμπεριλαμβανομένων της μπαταρίας και της κεφαλής) και να διαθέτει θήκη μεταφοράς.
8. Να έχει δυνατότητα να τοποθετηθεί και στον τοίχο μέσω αντίστοιχης βάσης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει πιστοποιημένο από τον οίκο κατασκευής τεχνικό προσωπικό, για την επισκευή και συντήρηση των προσφερόμενων συσκευών. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εκπαίδευσης καθώς και δήλωση εξουσιοδότησης για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.
2. Όλα τα προσφερόμενα είδη να διαθέτουν πιστοποιητικά CE τα οποία και να κατατεθούν με την προσφορά
3. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας δύο (2) τουλάχιστον ετών από τον κατασκευαστή.
4. Μετά τη λήξη της εγγύησης και μέχρι τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την παράδοση να εξασφαλίζεται από τον κατασκευαστή η παροχή ανταλλακτικών.
5. Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση ISO για την προμήθεια, διακίνηση και τεχνολογική υποστήριξη ιατρικών προϊόντων με πιστοποιημένο από τον κατασκευαστή τεχνικό προσωπικό.
6. Για όλα ανεξαιρέτως τα προσφερόμενα είδη να κατατεθούν Τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνονται παραπομπές στο φύλλο συμμόρφωσης στα αντίστοιχα σημεία στα φυλλάδια (prospectus και manuals) του κατασκευαστή που θα αποδεικνύουν την κάλυψη των προδιαγραφών. Προσφορές που δεν θα έχουν σαφείς παραπομπές ή δεν θα εμπεριέχουν φύλλο συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών δεν θα εξετάζονται. Επιπλέον δεν επιτρέπονται με ποινή αποκλεισμού παραπομπές σε βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου ή του προμηθευτή.