

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΦΟΡΗΤΟΥ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΝΕΟΓΝΩΝ

- Να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο .
- Να είναι υπερύψηλης ευαισθησίας με αποτέλεσμα να πιάνει όλες τις διακυμάνσεις – μεταβολές του οξυγόνου στο αίμα.
- Να είναι κατάλληλο για νεογνά.
- Να διαθέτει αυτόματη απενεργοποίηση όταν αφαιρεθεί από το δάκτυλο.
- Για επιτόπια ή και 24ωρη παρακολούθηση
- Να διαθέτει ευανάγνωστη φωτιζόμενη οθόνη .
- Να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμιση φωτεινότητας της οθόνης.
- Τάση: DC 2,6V, < 3,6 V
- Τροφοδοσία: 2 AA μπαταρίες
- Χαμηλής κατανάλωσης (<100mA).
- Η συσκευή να έχει μικρό όγκο, ελαφριά και να μεταφέρεται εύκολα.
- Εύρος μέτρησης SpO₂: 0%~100%, (η διακριτική ικανότητα είναι 1%)
- Ακρίβεια: 70%~100%:±2% ,
- Καρδιακός ρυθμός : Εύρος μετρήσεων: 30-235 BPM
- Όλα τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν σε PC για επιπλέον επεξεργασία
- Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη.
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark.
- Ο προμηθευτής να διαθέτει πλήρη τεχνική υποστήριξη

Η συσκευασία να περιλαμβάνει:

- Οξύμετρο
- **Αισθητήρα SpO₂ για νεογνά.**
- Μπαταρίες
- Εγχειρίδιο χρήσης