

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ

- Να παρέχει δυνατότητα για την παρακολούθηση του ποσοστού οξυγόνου και των παλμών μέσω του δαχτύλου του ασθενούς σε ιατρικό και νοσοκομειακό περιβάλλον.
- Να είναι υψηλής ακρίβειας.
- Να διαθέτει αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση όταν το δάχτυλο είναι έξω.
- Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης σε πολλές γλώσσες.
- Να έχει διάρκεια μπαταρίας: τουλάχιστον 50 συνεχόμενες ώρες.
- Ο οίκος παραγωγής των προσφερόμενων ειδών να είναι πιστοποιημένος κατά σήμανση CE.