

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ/ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

- Τα χειρουργικά/οδοντιατρικά εργαλεία να είναι καινούρια, κατάλληλα για νοσοκομειακή χρήση, να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα – να είναι MAT και να έχουν άριστο φινίρισμα.
- Να υπάρχει ομοιογένεια στην ποιότητα των εργαλείων. Τόσο ο κατασκευαστικός οίκος, όσο και ο κατασκευαστής – παραγωγός της πρώτης ύλης να διαθέτουν πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 13485:2003.
- Να φέρουν αποτυπωμένα στο μέταλλό τους τον κωδικό αριθμό (αντίστοιχα με τον κατάλογο του εργοστασίου) την επωνυμία ή το σήμα του, τη σήμανση CE και την (κωδικοποιημένη ή μη) χρονολογία κατασκευής.
- Απαιτούμενος χρόνος εγγύησης δέκα (10) έτη που θα συνοδεύεται από επίσημο έγγραφο του κατασκευαστικού οίκου καθώς και οι αναλυτικοί όροι της προσφερόμενης εγγύησης(απολυμαντικά υγρά κλπ).
- Να υπάρχει η δυνατότητα της προσφερόμενης εταιρείας για άμεση επισκευή και συντήρηση των εργαλείων, με δική της τεχνική υποστήριξη.
- Να κατατεθεί το ISO της προμηθεύτριας εταιρείας για εμπορία και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων